

**PITANJE:**

Molimo Vas da nam date odgovor na pitanje u vezi sa JNMV 12/2013 (pun kod I-01-27 JNMV 12/2013), partija 2. Na strani 15 stoji za stavku pod brojem 56 opis "Viale od 2ml sa krimp-zatvaračem (vials, 2ml crimp top)". Kako se iz teksta razume, traže se viale za autosempler hromatografa, koje se zatvaraju krimpovanim zatvaračima, kao i sami zatvarači, ali nije definisan materijal septe?! Potrebno je da specificirate materijal septe, kako bi se mogla dati valjana ponuda, pa Vas molim da nam to javite.

**ODGOVOR:**

Materijal septe je PTFE/red rubber

**PITANJE:**

Da li je potrebno dostaviti izvod iz registra nadležnog organa i važeću dozvolu nadležnog organa za obavljanje delatnosti?

Na strani 6. konkursne dokumentacije pod tačkom **4. obavezna sadržina ponude**, to nije navedeno kao obavezno, već je naznačeno da treba samo da se potpiše obrazac broj 4., dok je na strani 9. konkursne dokumentacije, **uputstvo kako se dokazuje kvalifikacija ponuđača**, naznačeno da je potrebno dostaviti navedene dokumente.

**ODGOVOR:**

Na osnovu člana 77. Stav 4 (ZJN), stoji da Naručilac može odrediti da se u konkursnoj dokumentaciji ispunjenost svih ili pojedinih uslova, **osim uslova iz člana 75, stav 1. Tačka 5) ZJN** (da ima važeću dozvolu nadležnog organa za obavljanje delatnosti koja je predmet javne nabavke, ako je takva dozvola predviđena Zakonom), dokazuje dostavljanjem izjave, što znači da treba dostaviti važeću dozvolu nadležnog organa za obavljanje delatnosti.

Takođe, po ZJN stoji da lice koje je upisano u Registar ponuđača nije dužno da prilikom podnošenja ponude dokazuje ispunjenost obaveznih uslova, ukoliko nije upisano, potrebno je dostaviti i Izvod iz registra nadležnog organa.

**PITANJE:**

Da li je dozvoljeno popunjavanje konkursne dokumentacije hemijskom olovkom (navedeno je da se ne sme koristiti olovka, flomaster, penkalo). Ukoliko je odgovor negativan, molim odgovor na koji nacin popuniti dokumentaciju, obzirom da je dokument u pdf formatu.

partija 1, stavka 9: da li se moze ponuditi epruveta bacto 16x150mm?

partija 1, stavka 15: filter papir crna traka - da li je u pitanju kvalitativni ili kvantitativni filter papir?

**ODGOVOR:**

Popunjavanje konkursne dokumentacije je dozvoljeno hemijskom olovkom (navedena olovka koja ne sme da se koristi se odnosi na grafitnu olovku).

Pitanje broj 1. Nije prihvatljivo da epruveta bude tih dimenzija  
Pitanje broj 2. Kvalitativni filter papir